



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

204-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	13
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2020-11-26 - 2025-11-25

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Universitair Ziekenhuis Antwerpen
UZA
Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem**

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Labo klinische biologie	Drie Eikenstraat 655 2650 Edegem
-------------------------	-------------------------------------

Test-code	Parameter	Matrix	Testmethode	
			Meetprincipe	Apparatuur
MAERO	Opsporen en telling van Legionella spp	Leidingwater	Uitvoering van aangepaste voorbereidingstechnieken en kwantitatieve enting op BCYE en GVPC voedingsbodems. Identificatie tot op Genusniveau d. m. v. rechtstreeks microscopisch onderzoek, Gramkleuring en aangepaste subkulturen. De methode voor aantonen en kwantificeren van Legionella-bacteriën is afgeleid van WAC/A/005.	Afzuigpomp, filterstatief + 0,22 mm membraan-filters. Warmwaterbad op 50°C. Laboratorium-microscoop Kleurtoestel (Mirastainer) Broedstoven: lucht en CO2 warme kamer
			Identificatie van Legionella pneumophila serogroep 1 en 2-14 d.m.v. een Latex-agglutinatie-reaktie: MicroScreen Legionella (Lucron, Bioproducts).	