



Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

204-TEST

NBN EN ISO/IEC 17025:2005

Versie/Version/Fassung	10
Uitgiftedatum / Date d'émission / Issue date / Ausgabedatum:	2018-08-22
Geldigheidsdatum / Date limite de validité / Validity date / Gültigkeitsdatum:	2020-11-25

Nicole Meurée-Vanlaethem

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

**De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/
The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:**

**UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN
Wilrijkstraat 10
2650 EDEGEM**

**Voor activiteiten uitgevoerd door/ Pour des activités exécutés par/
For activities performed by/ Die tätigkeiten werden durchgeführt von:**

Dienst Klinische Biologie

Test-code	Parameter	Matrix	Testmethode	
			Meetprincipe	Apparatuur
MAERO	Opsporen en telling van Legionella spp	Leidingwater	<p>Uitvoering van aangepaste voorbereidingstechnieken en kwantitatieve enting op BCYE en GVPC voedingsbodems. Identificatie tot op Genusniveau d. m. v. rechtstreeks microscopisch onderzoek, Gramkleuring en aangepaste subkulturen</p> <p>De methode voor aantonen en kwantificeren van Legionella-bacteriën is afgeleid van WAC/A/005.</p>	<p>Afzuigpomp, filterstatief + 0,22 mm membraan-filters. Warmwaterbad op 50°C. Laboratorium-microscoop Kleurtoestel (Mirastainer) Broedstoven: lucht en CO2 warme kamer</p>
			<p>Identificatie van Legionella pneumophila serogroep 1 en 2-14 d.m.v. een Latex-agglutinatie-reaktie: MicroScreen Legionella (Lucron, Bioproducts).</p> <p>Andere Legionella spp. worden doorgestuurd naar een Referentielaboratorium .</p>	