



Geachte Collega,

Op dit moment zijn **40% van de aanvragen voor het HILA** die het laboratorium ontvangt **niet conform** met de RIZIV wetgeving. In uitzonderlijke gevallen zijn ook de stalen niet conform gelabeld. Het doel van deze nieuwsbrief is om extra aandacht te vragen voor het volledig en correct invullen van deze voorschriftformulieren en het correct labelen van de stalen. **Aanvragen en/of stalen die niet voldoen aan de RIZIV wetgeving worden geweigerd door het HILA en vernietigd 72u na melding van de non conformiteit.** Het laboratorium contacteert steeds de aanvragende dienst bij non conformiteiten maar bij afwezigheid van de voorschrijvende arts is 72u soms een limiterende factor.

Op de labogids van het UZA kan u de meest recente versie vinden van het aanvraagformulier voor het HILA (Rode Kruis – Vlaanderen, Dienst voor het Bloed).

<http://labogids.uza.be/Pages/Formulieren.aspx>
(HILA voorschriftformulier)

Hieronder wordt het correct invullen van het aanvraagformulier en het labelen van de stalen nogmaals samengevat.

Voorschriftformulier (zie voorbeeld in bijlage)

Rubriek voorschrijver

Vul ALLE velden in (naam, voornaam, RIZIV erkenningsnummer, handtekening, voorschriftdatum/afnamedatum en afnametijd). **De afnametijd en handtekening worden vaak vergeten (bvb bij het gebruik van een stempel van de aanvragende arts) maar zijn noodzakelijk.**

Rubriek patiëntgegevens

In het veld voor de patiëntgegevens kleeft u best een sticker met adressogram. Indien u toch manueel de gegevens wenst in te vullen dienen volgende gegevens vermeld te worden: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, patiëntnummer, rijksregisternummer. Een mutualiteit ID klever is niet nodig.

Voor donoren: gebruik een apart aanvraagformulier voor stalen van receptor en patiënt en vermeld de relatie met de patiënt (met correcte identificatie van de patiënt).

Voor aanvragen in het kader van een NAITP: gebruik aparte aanvraagformulieren voor baby, moeder, vader en vermeld de relatie

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de labogids

met de patiënt zodat het duidelijk is dat de resultaten samen geïnterpreteerd moeten worden.

Stalen

Elk staal is afzonderlijk geïdentificeerd. De identificatie van de stalen is dusdanig dat de koppeling met het aanvraagformulier ondubbelzinnig is. Kleef dus ook een adressogram op de bloedtubes bestemd voor het HILA. De stalen zijn intact. Gebroken of lekkende buizen worden onmiddellijk verwijderd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het laboratorium.

Met vriendelijke groeten,
Klinisch Biologen Kathleen Deiteren en Jan Van den Bossche
Labomanager Caroline De Vocht